

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа переносных газоанализаторов АГМ-505

<i>Контактные данные</i>	
Название организации	
Город	
email	
Тел./факс	(_____) _____
Контактное лицо	

Количество каналов измерения	2 или 3 канала (каналы CO и O2 по умолчанию, канал NO - под заказ)
Измеряемые газы	+ CO (оксид углерода), выберите диапазон измерения: <input type="checkbox"/> 0-40000 ppm модиф. АГМ-505.1 <input type="checkbox"/> 0-4000 ppm модиф. АГМ-505.2 <input type="checkbox"/> 0-400 ppm модиф. АГМ-505.3
	+ O2 (кислород) 0-21 % об.д.
	<input type="checkbox"/> NO (оксид азота), выберите диапазон измерения: <input type="checkbox"/> 0-2000 ppm модиф. АГМ-505.1 <input type="checkbox"/> 0-500 ppm модиф. АГМ-505.2 <input type="checkbox"/> 0-250 ppm модиф. АГМ-505.3
	+ CO2 расчетным методом (для всех моделей)
	+ NOx (сумма оксидов азота) расчетным методом (для всех моделей)
Пробоотборный зонд (обязательное оснащение)	<input type="checkbox"/> пробоотборный зонд 350 мм в комплекте с соединительным шлангом и конденсатосборником
	<input type="checkbox"/> пробоотборный зонд 750 мм в комплекте с соединительным шлангом и конденсатосборником
Дополнительное оснащение	<input type="checkbox"/> портативный термопринтер ТП-505 (в комплекте с 1 рулоном термобумаги шириной 58 мм) <input type="checkbox"/> чехол для газоанализатора <input type="checkbox"/> сумка-футляр для транспортирования <input type="checkbox"/> программа обмена с ПК (в комплекте с кабелем для ПК)

При возникновении затруднений в процессе заполнения опросного листа обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам по телефонам: (347) 266-07-62, 262-82-33

Заполненный опросный лист можно отправить по e-mail:

gaz-rf@mail.ru